

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕССЕРВИС" (ООО "ВЕССЕРВИС")

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ГЯК/30-09-2026/562076940

Действительно до 29.09.2027

Средство измерений	<u>Весы автомобильные; ВА; ВА-К-40т; Рег. № 70151-18</u> наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в	
	Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа	
заводской номер	<u>14191</u>	заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение
в составе	<u>Т9 №14191</u>	
поверено	<u>в полном объеме</u> наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений	
	или которые исключены из поверки	
в соответствии с	<u>ГОСТ OIML R 76-1-2011, Приложение ДА</u> наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка	
с применением эталонов:	<u>58048-14 Гири классов точности F1, F2, M1, M2 Нет данных 885706 2021 Эталон 2-го</u> регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или)	
разряда Государственная поверочная схема для средств измерений массы; 52768-13 Гири от 1 мг до 20 кг	средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам	
	<u>классов точности E1, E2, F1, F2, M1 Нет данных 42525510 2022 Эталон 1-го разряда Государственная поверочная</u> <u>схема для средств измерений массы; 811-08 Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности M1</u> <u>параллелепипедной формы Нет данных 1-1000 2009 Эталон 4-го разряда гпс</u>	
при следующих значениях влияющих факторов:	<u>температура: +20град; атм. давление: 100.5кПа; отн. влажность: 46%</u> перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений	
и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.		
Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ:	<u>https://fqis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-562076940</u>	
Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ:	<u>562076940</u>	
Поверитель	<u>Сарайкин А.А.</u> фамилия, инициалы	
Знак поверки:		

должность руководителя или другого уполномоченного лица	подпись	фамилия, инициалы
Дата поверки	<u>30.09.2026</u>	